



BTL-08 Spiro

Lopez Contreras Victor

Fecha del Examen: 09/11/2023 08:42 a. m.

Identificación del paciente.:

Espirometría forzada (FVC)

Médico:LEBEN

Certificado a: LEBEN

DIAGNOSTICOS




Sexo: Masculino

Fecha de nacimiento: 08/05/1986 (37.5 Años)

Tipo: Mexicano

Peso: 80 kg

Altura: 170 cm



fecha / hora				09/11/2023 08:42 a. m.		09/11/2023 08:42 a. m.		09/11/2023 08:43 a. m.		09/11/2023 08:43 a. m.		09/11/2023 08:43 a. m.		09/11/2023 08:44 a. m.	
medicamento				PRE		PRE		PRE		PRE		PRE		PRE	
parámetro	unidad	Pred	LLN	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred	Medida	% Pred
FVC															
FVC	l	4.80	3.97	4.58	96	4.43	92	4.51	94	4.63	97	4.59	96	4.62	96
FEV1	l	3.90	3.19	3.70	95	3.47	89	3.54	91	3.62	93	3.62	93	3.59	92
PEF	l / s	9.61	7.18	13.07	136	11.89	124	12.81	133	12.68	132	12.72	132	13.06	136
FEV1/FVC	%	81.83	72.73	80.76	99	78.17	96	78.54	96	78.20	96	79.00	97	77.77	95
MMEF	l / s	4.05	2.47	3.81	94	3.15	78	3.14	78	3.22	79	3.35	83	3.10	77
MEF75	l / s	-	-	12.08	-	11.11	-	10.56	-	11.31	-	11.64	-	9.71	-
MEF50	l / s	-	-	5.20	-	4.36	-	3.97	-	4.32	-	4.32	-	4.16	-
MEF25	l / s	-	-	1.19	-	0.95	-	1.00	-	1.01	-	1.06	-	0.95	-
FIVC	l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aex	l ^ 2 / s	-	-	23.81	-	-	-	22.95	-	23.53	-	23.73	-	-	-

Interpretación ATS: espirometría normal

Predicción: NHANES III 1999. Examinado de acuerdo con las recomendaciones ATS/ERS 2005.

En la repetición: +FVC +FEV1 -ACC3, Aceptabilidad: +EV 0.213l +TEX 6.6s -Plateau

Calibración: 03/10/2023 / 003000036972 Firma:

ATP: 25/802/45 [°C/mbar/%]

BTL CardioPoint 2.33.163.0 | FW: 104 | SpiroDiag:... 9 16 12 26

Impreso: 09/11/2023

Copyright © BTL Industries Ltd. 2017

Licenciado a:LEBEN DIAGNOSTICOS